

ABLATION AIGUILLE SUR CHAMBRE IMPLANTABLE

HAD-RP-PROT32-V2 Date d'application: 05/06/2025

I. OBJET ET/OU OBJECTIFS

Ce protocole a pour objectif de décrire les étapes de l'ablation d'aiguille sur chambre implantable afin d'éviter tout risque de contamination par piqûres pour le soignant et de prévenir le risque infectieux.

II. DOMAINES D'APPLICATION ET PERSONNES CONCERNÉES

Ce protocole s'applique au service HAD de la filière domicile de la Mutualité Française Charente :

- Infirmier libéral,
- Infirmier de coordination.

	Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Nom:	Claire BRONCY Infirmière Hygiéniste	Angélique FUMERON IDE Encadrante HAD	Marc Alain CHARLEBOIS Médecin praticien en HAD
Date :	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025
Visa :	Froncy	#	Spanis

III. DESCRIPTION

Matériel:

- ✓ Solution hydro alcoolique ou savon antiseptique,
- ✓ 1 paire de gants stériles,
- ✓ 2 masques chirurgicaux (1 pour le patient, 1 pour l'opérateur),
- ✓ 1 charlotte chez les patients aplasiques ou neutropéniques,
- ✓ 1 surblouse non stérile,
- ✓ 1 flacon savon antiseptique (type Bétadine Srub®, ou Hibiscrub®),
- √ 1 flacon d'antiseptique de la même gamme (Bétadine®, Chlorexidine®)
- √ 1 flacon unidose de serum physiologique,
- √ 1 set d'ablation,
- √ 1 pansement stérile
- ✓ Aiguille sécurisée,
- ✓ Collecteur à déchets,
- ✓ Collecteur objets piquants tranchants.

Recommandations:

- ✓ Installer le patient en position ½ assise ou allongée.
- ✓ Informer le patient du soin.
- Travailler sur un plan de travail préalablement désinfecté.
- ✓ Installer le container à aiguilles au plus près du soin

Méthode:

- ✓ Pratiquer une hygiène des mains (LS ou PHA).
- ✓ Mettre le masque pour l'opérateur.
- ✓ Fermer le clamp du prolongateur de l'aiguille de Huber ou du Gripper.
- ✓ Arrêter la perfusion.
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains (LS ou PHA).
- ✓ Mettre des gants à usage unique.
- ✓ Enlever le pansement en place et le jeter dans les DASRI avec les gants.
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains (LS ou PHA).
- ✓ Ouvrir le set d'ablation et l'utiliser comme plateau.
- ✓ Verser les antiseptiques prescrits sur les compresses.
- Mettre les gants stériles si présents dans le set, sinon prendre des gants non stériles.
- ✓ Installer un champ troué autocollant au niveau du site de ponction.
- ✓ Préparer une seringue avec 10cc de sérum physiologique.
- ✓ Injecter les 10cc de sérum physiologique dans le site d'injection de l'aiguille de façon pulsée, soit en 3 poussées successives.
- ✓ Maintenir la chambre fermement avec du matériel sécurisé et retirer l'aiguille en maintenant une pression positive (la pression exercée sur le piston doit cesser dès franchissement du septum).
- ✓ Jeter l'aiguille immédiatement dans le collecteur à aiguilles.

Méthode (suite) :

- ✓ Enlever les gants.
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains (LS ou PHA).
- ✓ Faire une antisepsie du point de ponction. Attendre le séchage de l'antiseptique
- ✓ Mettre un pansement stérile.
- ✓ Evacuer les déchets de soins.
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains (LS ou PHA).
- ✓ Réinstaller le patient

Transmissions

- ✓ Valider le soin dans le DPI.
- ✓ Le pansement peut être enlevé une heure après l'ablation de l'aiguille.
- ✓ En cas de problème contacter l'HAD

IV. ANNEXE

	NATURE DES MODIFICATIONS				
	Version	Date	Objet de la modification		
	1	16/03/2021	Création de la procédure (remplace HAD-RP01- PRO04-PROT03-V2)		
ſ	2	30/05/2025	Actualisation		